

Zadavatel:

ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.
náměstí Svobody 87/18
602 00 Brno

Uchazeč:

HOSPIMED, spol. s r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3

Kontaktní osoba: Ing. Denisa Benešová
Email: Denisa.benesova@hospimed.cz
Tel.: 225 001 597

V Praze dne 22.3.2017

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

společnost HOSPIMED, spol. s r.o., IČ: 00676853, jako účastník zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky „**Vybavení výzkumných laboratoří EP**“ uveřejněné dne 1.3.2017 si Vám dovoluje poslat následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ č. 1

Zadavatel v Příloze č. 1 (Technická specifikace přístrojů) zadávací dokumentace u položky „Systém pro monitorování teplot v lednicích, mrazácích, místnostech“ požaduje následující specifikaci:

- | | |
|---|--------------|
| - Monitorování min 1x za hodinu | ANO |
| - Záznam o teplotách v XML nebo CSV výstupech pro další zpracování ve vlastním interním systému CRM | ANO |
| - Automatizovaný systém vč. odesílání SMS zpráv při poklesu teplot | ANO |
| - Možnost napojení do systému: | min 15 čidel |

Na základě odpovědi zadavatele ve vysvětlení zadávací dokumentace

AD C) Počet monitorovacích míst je až 15 (nyní je jich méně, ale do budoucna zadavatel bude rozšiřovat počet stanic) proto je zde limit min. 15 čidel. Rozmístění monitorovaných lednic a mrazáků je v jednotlivých místnostech laboratoře, je možné využít interní UTP síť, proto je umístění lednic bezvýznamný údaj. Sledování teplot a odchylek od minimální teploty, která je hraniční pro signalizaci, že lednice/mrazák nechladí dostatečně, upozornění formou SMS o tom, které zařízení nesplňuje min. hraniční teplotu, odesílání SMS nejméně na 2 telefonní čísla.

Chápe účastník správně, že předmětem dodávky položky „Systém pro monitorování teplot v lednicích“ není kabeláž? Kabeláž tedy bude připravena od stavby a budou se na ni připojovat pouze aktivní prvky?

DOTAZ č. 2

Jestliže zadavatel počítá u položky „Systém pro monitorování teplot v lednicích“ s dodáním kromě aktivních prvků také dodání kabeláže, žádá účastník zadavatele o poskytnutí půdorysu místností, ve kterých budou umístěny monitorovaná místa včetně jejich zakreslení a obsahující legendu materiálů.

S pozdravem

 **HOSPIMED**, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51

Tel: 225 001 511, Fax: 225 001 522

DIČ: CZ00676853

Ing. Jiří Hrubý